
FICHE PRODUIT



Câble principal ECG pour 10 fils compatible Philips Lumed EE200PH12-DG55

Référence : SOC-CAEE200PH12-DG55

Description du produit

Câble principal ECG pour 10 fils compatible Philips Lumed EE200PH12-DG55

Câble principal ECG 10 fils Lumed EUROlink, code EE200PH12-DG55.

Câble de raccordement à l'appareil. Vérifiez dans les détails techniques les terminaisons et les éventuels jeux de fils à associer.

Compatibilités indiquées par le fabricant

- GOLDWAY PHILIPS : G70 et G80, réf. d'origine 989803147691, 989803125831, 989803144791, etc.
- PHILIPS : réf. d'origine 989803125831, 989803144791. 989803147691, etc.

Avant l'achat, comparez le modèle complet de l'appareil, le connecteur et la borne des électrodes avec ceux indiqués. La marque seule ou la forme du connecteur ne permettent pas d'identifier la compatibilité.

Identification des raccords

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

La galerie présente les schémas des raccords C27, P8 et, le cas échéant, de la borne patient. Il s’agit de détails techniques permettant leur identification, et non de photographies du câble complet.

Code d’origine Lumed : **EE200PH12-DG55**. Avant de passer commande, vérifiez le code et la configuration de la pièce de rechange requise.

- Marque : Lumed
- Gamme : EUROlink
- Code fournisseur : EE200PH12-DG55
- Type : Câble principal
- Configuration : 10 fils
- Références des raccords dans le catalogue Lumed : C27, P8

- 1 câble principal

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cables-pour-patients-pour-ecg/19254-cable-principal-ecg-pour-10-fils-compatible-philips-lumed-ee200ph12-dg55.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.