FICHE PRODUIT



Électrodes ECG à usage unique FIAB F9089GL à clip, en mousse 36x40 mm, gel liquide - 50 pièces

Référence : SOC-ECGXF9089GL
EAN13 : 8054953347141

Description du produit

Électrodes ECG à usage unique FIAB F9089GL à clip, en mousse 36x40 mm, gel liquide - 50 pièces

Les électrodes ECG à usage unique FIAB sont conçues pour garantir un tracé stable et fiable grâce au capteur en Ag/AgCl (argent/chlorure d'argent) et au gel liquide. Idéales pour les électrocardiogrammes au repos, les monitorages prolongés, les épreuves d'effort et le Holter, ces électrodes s'appliquent directement sur la peau. La surface extérieure en mousse PE de qualité médicale est imperméable, protégeant la peau de l'air et des fluides contaminants. Conformes à la norme ANSI/AAMI EC12:2000, elles permettent la récupération du signal ECG après une décharge de défibrillateur. L'emballage refermable garantit une conservation optimale des électrodes. Sans latex.

Caractéristiques techniques :
- Utilisation : adultes
- Connexion : clip
- Dimensions : 36 mm x 40 mm (ovale)
- Forme : ovale

Contenu :
- Électrodes en sachet de 50 pièces

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Résultats des tests selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :

- Valeur moyenne de l'impédance mesurée à 10Hz pour 12 paires d'électrodes : 30 Ω
- Impédance d'une seule paire : 41 Ω
- Tension de décalage : 4,3 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 12,7 mV
- Variation de la polarisation : 0,3 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 32 Ω
- Tolérance sur le courant de polarisation : 16,1 mV

Valeurs maximales selon la spécification ANSI/AAMI EC12:2000 :

- Valeur moyenne de l'impédance mesurée à 10Hz pour 12 paires d'électrodes : 2 kΩ
- Impédance d'une seule paire : 3 kΩ
- Instabilité du décalage combinée au bruit intrinsèque : 150 µV
- Tension de décalage : 100 mV
- Tension résiduelle après défibrillation : 100 mV
- Variation de la polarisation : 1 mV/s
- Impédance à 10 Hz après le test : 3 kΩ
- Tolérance sur le courant de polarisation : 100 mV

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/electrodes-jetables-pour-ecg-et-emg/19306-electrodes-ecg-a-usage-unique-fiab-f9089gl-a-clip-en-mousse-36x40-mm-gel-liquide-50-pieces-8054953347141.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit







SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.