FICHE PRODUIT



Moniteur de signes vitaux avec écran couleur, M3A SPO2 + nibp

Référence : SOC-MNLTD425

Description du produit

Moniteur de signes vitaux avec écran couleur, M3A SPO2 + nibp

Les moniteurs de signes vitaux DIMED sont simples à utiliser et offrent de nombreuses possibilités de réglages et d'usages différents. Idéaux pour les hôpitaux et les urgences, mais aussi pour les soins à domicile des patients. Mémoire interne de 72 heures, mémoire de la forme d'onde SpO de 5 heures$_2$, mémoire de la forme d'onde SpO de 2,5 heures$_2$ + CO_2. 30,000 mesures NIBP et 800 alarmes visualisables.

Équipé de deux écrans
- Écran LCD couleur de 3,5"
- Écran LED couleur

Informations générales
- Affiche les valeurs et la courbe pléthysmographique
- Batterie interne
- Alarmes réglables
- Mémoire interne haute capacité
- Affichage graphique ou sous forme de tableau des données en mémoire
- Impression de la forme d'onde en temps réel

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dimensions et poids

L : 174 mm P : 189 mm H : 235 mm

3,5 kg (sans batterie)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques	
Degré de protection contre les chocs électriques	SpO_2, NIBP Type de défibrillation BF
Conditions d'utilisation	
Alimentation électrique	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA FUSIBLE T 1.6AL
Écran	5.6" LCD couleur, résolution 640×480, 3,5" écran LCD couleur et LED
BATTERIE	
Type	Batterie au lithium
Délai d'extinction	5 ~ 15 min

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques	
Tension	14.8 VDC
Autonomie	Environ 240 min
Durée de recharge	± 180 min
IMPRIMANTE	
Largeur d’ impression	48 mm
Vitesse du papier	25mm/s
Type d’ enregistrement	Affichage courant des paramètres liste des enregistrements Affichage courant liste d’enregistrement des alarmes
Liste des tendances rappelées	72 heures, 1 minute Résolution

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques	
Rappel des mesures NIBP	30,000 données de mesure NIBP
NIBP	
Méthode	Oscillométrique
Mode	Manuel, Auto, Continu
Intervalle de mesure	
Mode AUTOMATIQUE	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min
Continu	5 min, intervalle de 5 s
Type d’ mesure	Pression systolique, Pression diastolique, pression moyenne
Plage de mesure	

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications techniques		
Mode adulte	Mode enfant	Mode nouveau-né
SYS 40~270mmHg DIA 10~215mmHg MAP 20~235mmHg	SYS 40~200mmHg DIA 10~150mmHg MAP 20~165mmHg	SYS 40~135mmHg DIA 10~100mmHg MAP 20~110mmHg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Pression du brassard			
Plage de mesure	Précision de la pression	Erreur moyenne	Écart-type maximal
0~280mmHg	±3 mmHg	±5 mmHg	≤8 mmHg
Durée de mesure	30~45 s typique (dépend du rythme cardiaque perturbation HR/mouvement)		
Surtension protection	Protection contre les surtensions doubles Adulte 297±3mmHg Pédiatrique 240±3mmHg Néonatal 147±3mmHg		

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

SpO_2	
Plage de mesure	0 ~ 100 %
Plage d'alarme	0 ~ 100 %
Résolution	1 %
Précision	Adulte (y compris pédiatrique) ±2% (70%~100% SpO_2) Indéterminé (0~69% SpO_2) Nouveau-né : ±3% (69%~100% SpO_2) Indéterminé (0~70% SpO_2)
Fréquence du pouls	
Plage de mesure	25 ~ 300 bpm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

SpO_2	
Résolution	1 bpm
Précision	± 3 bpm en conditions de mouvement ± 5 bpm
Anti-mouvement	Forte résistance aux mouvements
Interférence	Interférence, anti-électrotome

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

RÉFÉRENCES	***RÉFÉRENCES***
Degré de protection contre les chocs électriques	Type BF, défibrillation
ALIMENTATION	***ALIMENTATION***
Alimentation électrique	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz, Pmax = 45VA FUSIBLE T 1.6AL
BATTERIE	BATTERIE
Type	Batterie au lithium
Tension	14.8 VDC
Autonomie	9 heures
Durée de recharge	± 180 min
ÉCRAN	***ÉCRAN***
Écran	3,5" écran LCD couleur et LED
NIBP	***NIBP***
Plage de mesure	De 0 ~ 300 mmHg
Méthode	Oscillométrique
Mode	Manuel, Auto, Continu
Mode AUTOMATIQUE	1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/240/480 min
Continu	5 min, intervalle de 5 s
Type de mesure	Pression systolique, pression diastolique, pression moyenne
SpO2	***SpO2***
Plage de mesure et d’alarme	0 ~ 100 %
Résolution	1 %
Précision	Adulte et pédiatrique : ±2% (70%~100% SpO2) Indéterminé (0~69% SpO2) Nouveau-né : ±3% (69%~100% SpO2) Indéterminé (0~70% SpO2)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FRÉQUENCE DU POULS	***FRÉQUENCE DU POULS***
Plage de mesure	25 ~ 300 bpm (SpO2) 40 ~ 240 bpm (NIBP)
Résolution	1 bpm
Précision	± 2 bpm (SpO2) ± 3,5 bpm (NIBP)
Anti-mouvement Interférence	Forte résistance aux mouvements Interférence, anti-électrotome
IMPRIMANTE (EN OPTION)	***IMPRIMANTE (EN OPTION)***
Largeur d'impression	48 mm
Vitesse du papier	25mm/s
Type d'enregistrement	Enregistrement en temps réel Enregistrement du graphique de tendance Enregistrement du tableau de tendance Enregistrement de la liste des alarmes
Liste des tendances rappelées	72 heures, 1 minute Résolution
Rappel des mesures NIBP	30,000 données de mesure NIBP

Dimensions : **L:17,4 x P:18,9 x H: 23,5 cm**
Poids : **3,5 kg (sans batterie)**

Accessoires en option disponibles

- Réf.LDR355 - Plaque de support du moniteur pour chariot *(non illustré)*
- Réf. CO156 - Bras porte-câbles pour chariot CO150 (non illustré

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/moniteur-5-parametres/19402-moniteur-de-signes-vitaux-avec-ecran-couleur-m3a-spo2-nibp.html

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.