FICHE PRODUIT



Bocal RÉUTILISABLE 1000 ml pour ASPIRET et ASKIR, VACUAIDE DEVILBISS

Référence : SOC-XAS31843

Description du produit

Bocal RÉUTILISABLE 1000 ml pour ASPIRET et ASKIR, VACUAIDE DEVILBISS

RÉCIPIENT EXCLUSIVE
récipient RÉUTILISABLE 1000 ml pour aspirateurs
Particulièrement adapté à :
VACUAID DEVILBISS - ASKIR - ASPIRET

Les récipients à usage unique Flovac sont utilisés pour recueillir les fluides organiques aspirés et ont été conçus et fabriqués pour des applications à haut débit et à vide élevé (norme EN ISO 10079-3).

Ce système allie simplicité et facilité d'utilisation, tout en garantissant une sécurité maximale contre la contamination, tant pour les opérateurs que pour les appareils d'aspiration et l'environnement, grâce à des technologies de fabrication de pointe et à des matériaux absolument fiables.

Version LINER : composée d'un récipient rigide de support réutilisable et du système de collecte à

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

usage unique, constitué d'une poche soudée hermétiquement au couvercle.

LA POCHE DOIT ÊTRE ACHETÉE SÉPARÉMENT SOUS LE CODE : XAS31848

Ce récipient rigide doit être associé à la poche à usage unique correspondante Flovac.

Le système Flovac, fruit de vingt ans d'expérience dans la fabrication de dispositifs à usage unique pour la collecte des fluides aspirés, se distingue avant tout par son filtre hydrophobe spécial GORE Medical Membrane.

Ce filtre, en plus de protéger l'appareil et/ou le système de génération du vide contre la contamination, fait office de valve anti-débordement et interrompt l'aspiration lorsque le niveau de remplissage maximal prévu est atteint.

Toutes les voies de connexion se trouvent sur le couvercle ; elles sont facilement identifiables et ne peuvent pas être interverties : la voie VACUUM pour le raccordement au système d'aspiration, la voie PATIENT munie d'un connecteur réducteur à angle droit amovible permettant d'aspirer des fluides contenant également des fragments osseux, et la voie TANDEM, pour le raccordement en cascade de deux récipients ou plus afin d'augmenter la capacité de collecte.

Deux bouchons prévus sur le couvercle permettent de fermer hermétiquement les voies PATIENT et TANDEM. Une poignée, également intégrée au couvercle, facilite le retrait du récipient de son support et le transport du récipient.

L'étanchéité hermétique du couvercle rend la phase d'élimination particulièrement hygiénique, simple et sûre, tant pour le patient que pour le personnel chargé du retrait et du remplacement du dispositif.

FILTRE À MEMBRANE
Le filtre à membrane GORE Medical Membrane constitue la meilleure réponse en matière d'hygiène et de sécurité pour les patients et les opérateurs lors de l'aspiration chirurgicale. En plus d'interrompre l'aspiration lorsque le niveau maximal autorisé est atteint, le filtre à membrane assure la protection bactérienne du réseau de vide hospitalier, avec une efficacité presque absolue.

Version de 1000 ml

Attention :
**** dans la série ASKIR, l'entretoise SP.0220 est nécessaire fournie séparément**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/19643-bocal-reutilisable-1000-ml-pour-aspiret-et-askir-vacuaide-devilbiss.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.