FICHE PRODUIT



Lampe d’examen LED Carla faisceau 25°, flexible 100 cm, sans contact

Référence : SOC-LEDB0900-ISC

Description du produit

Carla 100 cm sans contact : une main sur l’enfant, l’autre pour la lumière

Quiconque a examiné un nourrisson le sait : on ne le lâche pas pour aller appuyer sur un bouton. Avec cette Carla, un simple passage de la main à 3 cm au maximum de l’interrupteur allume la lampe. L’autre main reste sur l’enfant, et rien n’a été touché.

Hygiène en consultation mère-enfant
En protection maternelle et infantile comme en maternité, les consultations s’enchaînent et les surfaces doivent rester propres. L’interrupteur sans contact limite les manipulations et le risque de contamination croisée entre deux familles.

Un éclairage large et régulier
Le faisceau de 25° donne 28 000 lux à 30 cm et 10 000 lux à 50 cm. Très homogène, il convient à l’examen de la peau, de l’ombilic, des hanches ou à un soin de cordon. Le flexible d’un mètre amène la tête au-dessus de la table à langer depuis un pied ou un support mural.

Caractéristiques techniques

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Bras flexible :** 100 cm
- **Interrupteur :** sans contact (détection de la main à 3 cm maximum)
- **Flux lumineux :** 620 lumens
- **Température de couleur :** 4500 K (blanc neutre)
- **Indice de rendu des couleurs :** IRC 95
- **Consommation :** 4,5 W
- **Angle du faisceau :** 25°
- **Durée de vie des LED :** 50 000 heures minimum
- **Tête :** 6 x 10 cm, en forme de goutte d'eau
- **Câble d'alimentation :** 3 m
- **Protection électrique :** isolation de classe II
- **Normes :** EN 60601-1, EN 60601-2-41
- **Classification :** dispositif médical de classe I, marquage CE
- **Coloris :** blanc ou noir (à préciser à la commande)
- **Poids brut :** 1,6 kg

Éclairement (faisceau 25°)

- **À 30 cm :** 28 000 lux sur un diamètre de 15 cm
- **À 50 cm :** 10 000 lux sur un diamètre de 25 cm
- **À 100 cm :** 2 500 lux sur un diamètre de 35 cm

Valeurs données avec une tolérance de ± 10 %.

Fixations compatibles, vendues séparément

- Pied roulant télescopique, standard ou lesté (réglable de 40 à 60, de 60 à 100 ou de 90 à 130 cm) ; le modèle lesté est recommandé à cette longueur de flexible
- Pince étau simple, pour table, paillasse ou guéridon
- Étau universel, pour tubes, potences et structures de divan
- Étau pour rails médicaux
- Équerre murale, sans déport
- Bras mural de 40 cm ou bras mural articulé de 2 x 40 cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Questions fréquentes

La lampe peut-elle servir aux soins infirmiers ? Oui, c’est aussi une lampe d’infirmerie et de laboratoire d’analyse.

Quelles longueurs en sans contact ? 65, 100 et 123 cm.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examens/19682-lampe-d-examen-led-carla-faisceau-25-flexible-100-cm-sans-contact.html

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.