FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Pied roulant télescopique haut lesté 90-130 cm pour lampe d’examen

Référence : SOC-PIR00777L

Description du produit

Pied haut lesté 90-130 cm : la stabilité quand la lampe est haute et lourde

Hauteur maximale, lest maximal : ce pied est celui que l’on choisit pour les configurations les plus exigeantes, Une lampe à flexible de 114 ou 123 cm, une lampe à deux têtes, une lampe chauffante de près de 3 kg, montées à plus d’un mètre du sol, ont besoin d’une base qui ne bronche pas,

5,8 kg au sol
Le lest abaisse le centre de gravité de l’ensemble, La lampe peut être déployée loin de la colonne sans que le pied ne se soulève, et le soignant la manipule d’une main sans retenir la base de l’autre,

Pensé pour le milieu hospitalier
Acier laqué époxy lisse, nettoyable et désinfectable, éléments pleins qui ne retiennent ni poussière ni résidus, piétement à 5 branches sur roulettes de 5 cm : le pied passe d’une chambre à l’autre et se désinfecte comme le reste du mobilier,

Caractéristiques

- **Hauteur réglable :** de 90 à 130 cm
- **Piétement :** 5 branches, diamètre au sol 53 cm
- **Roulettes :** diamètre 5 cm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Matériau :** acier laqué époxy lisse
- **Poids :** 5,8 kg
- **Coloris :** blanc ou noir (à préciser à la commande)

Questions fréquentes
Peut-on ajouter du poids ? Oui, avec le lot de deux lests supplémentaires,

Et le freiner ? Oui, grâce à l'option deux roulettes à freins,

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/lampes-d-examen-medicales/19715-pied-roulant-telescopique-haut-leste-90-130-cm-pour-lampe-d-examen.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.