FICHE PRODUIT



Les échelles électroniques DE-20 avec l’approbation NAWI

Référence : SOC-BIDE-20ME

Description du produit

Chaise de pesée DE-20 homologuée : la pesée assise aux normes du milieu médical

En milieu clinique, le poids d’un patient sert à décider. L’instrument qui le mesure doit donc être homologué. Cette chaise de pesée électronique l’est, et elle a été conçue pour un usage intensif à l’hôpital, en clinique et en établissement de soins.

Homologations et conformité

- Directive métrologique NAWI 90/384 - 2014/31
- Classe de précision III selon la norme EN 45501
- Dispositif médical conforme au règlement 2017/745
- Classe de risque Im, avec fonction de mesure

Stable à l’arrêt, mobile ensuite
Chacune des 4 roulettes pivotantes à 360° possède son frein de sécurité : la chaise reste stable pendant l’utilisation et se déplace facilement après. Le guidon rembourré offre une prise en main

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

confortable.

Pensée pour le patient
Les accoudoirs et les repose-pieds inclinables facilitent l’accès, y compris en cas de mobilité réduite.

Mesures et fonctions
L’afficheur électronique WU150, réglable et en ABS, permet une mesure rapide et précise du poids et de l’IMC : affichage du poids, tare, verrouillage du poids, calcul automatique de l’IMC, mise à zéro automatique, arrêt automatique programmable.

Caractéristiques techniques

- **Capacité maximale :** 150 kg
- **Échelon :** 50 g
- **Dimensions :** largeur 59 cm, profondeur 104 cm, hauteur 96 cm
- **Assise :** 55 x 40 cm
- **Structure :** tubes métalliques peints
- **Alimentation :** adaptateur secteur externe ; compartiment pour 6 piles alcalines AAA (non incluses)
- **Fourni :** adaptateur secteur, câble RS232, niveau à bulle

Autonomie
La chaise est compatible avec le kit de batterie rechargeable BAME01 (réf. SOC-BAME01), en option, qui offre 40 heures d’autonomie.

Déclinaisons disponibles

- **Option 1 :** réf. SOC-BIDE-20ME-OPTION1
- **Option 2 :** réf. SOC-BIDE-20ME-OPTION2
- **Option 3 :** réf. SOC-BIDE-20ME-OPTION3
- **Option 4 :** réf. SOC-BIDE-20ME-OPTION4

Questions fréquentes
Combien de freins ? Quatre, un par roulette.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Quelle est la largeur de l’assise ? 55 cm, pour 40 cm de profondeur.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/gamme-numerique/19766-les-echelles-electroniques-de-20-avec-lapprobation-nawi.html

Photos du produit

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.









SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.