FICHE PRODUIT



Tube de prélèvement de sang capillaire Kima microtest , EDTA dipotassique (k2)

Référence : TER-TMKQK

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 0
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Dimensions et spécifications

Tube en polypropylène (PP), transparent, résistant aux chocs Collecteur et fermeture de sécurité

Matériau : Polypropylène

Diamètre : 14 mm (dimension externe du tube)

Hauteur : 45 mm

- Bouchon

Matière : Polyéthylène
Diamètre : 14 mm
Couleur du Bouchon: LAVANDE

- Additif

EDTA K2, Sel dipotassique d’acide éthylène diamine tétracétique.

- Application

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Ce tube est destiné au prélèvement d'échantillons sanguins pour l'hématologie.
Immédiatement après le prélèvement, le tube doit être chargé sur un rotor qui, en tournant lentement, préservera l'homogénéité de l'échantillon.
Ce produit doit être utilisé par du personnel qualifié.

- Récommandations d'utilisation

Indications d'homogénéisation : Immédiatement après prélèvement, refermez le tube et retournez lentement l'échantillon 6 à 8 fois

Vitesse de centrifugation : ne pas centrifuger

AVANT DE RÉALISER UN TEST HÉMATOLOGIQUE, HOMOGÉNÉISEZ DOUCEMENT.

Pour obtenir le plasma : centrifugez à 1300 g pendant 10 minutes à 20-25 °C

Formule de conversion : g=1,118x10-5x R x S² (g = force centrifuge relative, R = rayon du rotor en cm, S = nombre de tours/minute).

Conservation de l'échantillon : pour le plasma séparé des globules, voir ci-dessous :

Température de conservation	**Jusqu'à 24 °C**	**à 2-4 °C**	**≤ -20 °C**
Délai maximum de conservation	≤ 8 heures	> 8 heures ≤ 48 heures	> 48 heures

- Stockage et conservation

Le tube conservé sur de longues durées doit être stocké dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C.

Il doit être maintenu en position verticale, bouchon en haut, comme signalé sur chaque carton.

- Étiquetage des tubes

Étiquette transparente en polypropylène, à usage médical, imprimée en noir. Données mentionnées : nom de la marque, référence, additif, volume de prélèvement, lot et date de péremption, symboles (Sterile R, DIV, CE et usage unique), indicateur de niveau, couleur de bouchon, nom du fabricant

- Conditionnement

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

RACK	BOÎTE
Rack plastique 50 places	50 pcs (1 racks de 50)

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tubes-capiject/2134-tube-edta-dipotassique.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.