FICHE PRODUIT



Amplificateur de Brillance - Arceau Chirurgical CARMEX ITA-CARMEX

Référence : SOC-CARMEX

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

CARMEX 9R :

- Générateur haute fréquences

- Tube à anode tournante deux foyers (0,3 et 0,6)

- Amplificateur de brillance (23 x 16 x 11 cm)

- Caméra CCD 625 lignes, moniteur 17 pouces avec rotation de l’image de 360°

- Le chariot du moniteur est pré installé pour faciliter l’installation de l’imprimante thermique et de l’enregistreur vidéo. Fluoroscopie continue, pulsée, et HCF

- Fluoroscopie continue : 120 KV – 4 mA

- Fluoroscopie Pulsée : 120 KV – 4 mA

- Fluoroscopie HCF : 120 KV – 8 mA

Radiographie : **120 KV – 65 mA**

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Contrôleur automatique de doses KV – mA
- Collimateur à iris à télécommande
- Potter – Bucky pour cassette 24 x 30
- Mémoire numérique de résolution 576 x 576 x 8 bits
- Filtre de réduction des bruits
- Maintient de la dernière image
- Sortie vidéo dual 625 lignes 100 Hz et 625 lignes 50 Hz

Nous contacter pour plus de renseignements.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical/2704-amplificateur-de-brillance-arceau-chirurgical-carmex-ita-carmex.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.