FICHE PRODUIT



Appareil anesthésie, Modèle AEON 7200A

Référence : SOC-AEON7200

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Spécifications physiques et environnementales :

- Dimensions (L×l×H): 1386×839×628mm.
- Poids : 85 kg.
- Température de stockage : -20~+55°C.
- Température de travail : +10~+40°C.
- Humidité de stockage : < 93%.

Spécifications électriques

- Essentiels : 100~240V AC, 50/60Hz.
- Batterie : 24V DC, minimum 120min.

Spécifications pneumatiques

- Approvisionnement en gaz : O2, N2O: 0.28~0.6MPa.
- Débitmètre : O2: 0~1L/min; 1~10L/min.

  N2O: 0~1L/min; 1~10L/min.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Système de gaz : alarme d'échec d'approvisionnement d'oxygène.

  Alimentation en oxygène.

  Flux O2 : 25~75L/min.

- Mode de fonctionnement : Fermé, Semi-fermé, Semi-ouvert.
- Mode pilote : Piloté pneumatiquement et contrôlé électroniquement.
- Soupape de sécurité : <8kPa.
- Mode de fonctionnement : manuel / ventilation.

Spécifications du ventilateur

- Type de patient : adulte, pédiatrique.
- Mode de ventilation : IPPV, Manuel. Option : SIPPV, SIMV, SPONT.
- Réglages : touche tactile.
- Volume courant : 0-1600ml.
- Fréquence de ventilation : 4~100bpm.
- I : E ratio : 4:1~1:8.
- PEEP : 0~20 cmH2O.
- Aire inspiratoire : de 5%~60%Ti.
- Ecran de surveillance : Affichage: écran LCD couleur de 7 "

  Pression: Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP

  Volume : MV, Vt

  Fréquence de respiration

  Gaz : FiO2

  Affichage graphique: formes d'onde P-t, F-t

- Alarme: Pression élevée des voies respiratoires / Pression des voies aériennes basses.

Volume minute élevé / volume minute faible

FiO2 élevé / FiO2 faible

Haute pression continue

Panne électrique

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Panne d'approvisionnement en O^2

Apnée

Silence de l'alarme: <120 secondes

Vaporisateur

- Support 2 vaporisateur (Selectatec® avec verrouillage, support de stationnement en option pour vaporisateur de secours).
- Type d'agent: Halothane, Enflurane, Isoflurane, Sevoflurane disponible.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareil-d-anesthesie/3115-appareil-d-anesthesie-modele-aeon-7200.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit





SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.