FICHE PRODUIT



Développeuse de film radiologique hq-450xt

Référence : SOC-REAI001002

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Développeuse de film radiologique hq-450xt:

- Format du Film: 3 x 5" -14 x 17" (7.6 x 12 cm - 35 x 43.5 cm).

- Application: radiologie, CT, MRI, etc.

- Temps du développement: 20s--90s variable.

- Temps du Cycle (capacité): 100 s (100pcs/heure) - 140 s (70pcs/heure) - 180 s (50pcs/heure).

- Température des bains: 3 Niveaux: 30°, 32°, 34° (x 0.5°).

- Température de séchage: 3 Niveaux: 50°, 55°, 60° (x 4°).

- Volume des cuves: 4,4 L.

- Remplissage: Automatique (contrôlé par capteur infrarouge).

- Rinçage: contrôlé par une bobine et ne commence que dès l'insertion du film.

- Procédure des opération: développement - Fixation - rinçage - séchage.

- Alimentation: 220v/50Hz ou 60Hz,3KVA.

- Dimensions: 97 x 64 x 49cm (sans support), 97 x 64 x 111 cm (avec support).

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/developpeuse-automatique-de-film/3257-developpeuse-de-film-radiologique-hq-450xt.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.