FICHE PRODUIT



Etuve bactériologique, 20 Litres

Référence : SOC-GEU-181420

Points forts

• delais : 48 heures
• Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Etuve bactériologique, 20 Litres

La structure extérieure de cette **étuve bactériologique** est faite en acier inoxydable. La structure intérieure, deux étages intérieurs réglables, porte et contreporte complètement construits en acier inoxydable. Structure intérieure et porte avec garniture en caoutchouc de silicone atoxique, isolée avec fibres en verre. Résistance armée en acier inoxydable.Fermeture à clé.

Tunnels d'aération réglables, placés sur le côté droit en bas et sur le côté gauche en haut pour le réglage et la circulation de l'air, utile pour le refroidissement rapide de l'appareil.
Fonctionnement électronique C.P.S.
Mode d'emploi: continu (stand by) ou temporisé.

Temporisateur de 0 à 250 minutes.
Température réglable de 0 à 200°C.
Thermostat de sécurité.
Distribution de la chaleur optimale.
Indication automatique d'éventuelles
problèmes d'alimentation (en cas de manque de tension, le programme repartira du début). 230V –

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

50/60 Hz.

Caractéristiques:

- minuterie de 120mn,
- thermostat de précision pour bactériologie,
- thermostat de sécurité,
- voyant de contrôle,
- fusible bipolaire,
- cordon détachable,
- isolation laine de roche,
- porte isolée avec fenêtre d'observation,
- fermeture à clé,
- étuve ventilée pour une répartition uniforme de la température
- dimensions externes : 565x315x410mm
- dimensions internes: 405x250x220mm
- puissance: 400w-220v.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/incubateurs/401-etuve-bacteriologique-20l.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.