FICHE PRODUIT



Aiguille Vacutest 21Gx38mm à vis verte

Référence : SOC-AVK2138

Points forts

- delais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Type : A vis Matière - Aiguille : acier inoxydable type AISI 304 recouvert de silicone - Couverture plastique et centre : polypropylène - Manchon caoutchouc : isoprène Biseau : Triple Couleur : Vert Diamètre externe (gauge) : 21 Diamètre externe (en mm) : 0,80 Diamètre interne (en mm) : 0,57 Longueur (en inch) : 1 1/2'' Longueur (en mm) : 38 Niveau de stérilité : Stérile - Oxyde d'éthylène A usage unique : Oui Stockage et conservation : L’aiguille conservée sur de longues durées doit être stockée dans un endroit sec à une température comprise entre +5 et +25°C Autres caractéristiques - Conforme au marquage CE (DM) - Aiguille arrière recouverte d'un manchon rétractable - Code couleur en fonction de la gauge - Stérile par oxyde d'éthylène conformément à la norme EN ISO 11135 Carton (nombre de pièces) : 6000 Minimum de vente (nombre de pièces) : 100

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/aiguille-de-prelevement-sanguin/4329-aiguille-venoject-terumo-quickfit-38-x-0-8mm-21g.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.