


FICHE PRODUIT

Tube de prélèvement sous vide vacutest en p.e.t 3.15ml/5ml CITRATE COAG.3.8% stérile

Référence : TER-VK053BCS

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tube de prélèvement sous vide en Polyéthylène - Téréphtalate (P.E.T) vacutest 5 ml coagulation/hémostase.

Volume du vide 3,15 ml.

Additif: Citrate de sodium tamponné à 3,8 % .

Autres caractéristiques:

- Permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Transparent comme le verre, il permet une bonne visualisation de l'échantillon.
- Incassable, il réduit les risques d'exposition au sang et permet des vitesses de centrifugation élevées (4000 g).
- Léger : frais de transport et d'élimination réduits.
- Combiné aux corps de prélèvement et aux aiguilles ce tube est une solution sécuritaire de grande qualité pour le préleveur et pour le technicien .
- Le confort du patient est amélioré.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- La fiabilité du prélèvement et de l'analyse est garantie.
- Stérilisation par irradiation.
- Système stérile qui fonctionne en circuit fermé de la veine au tube, pour minimiser le risque de contamination.
- Le vide calibré garantit un rapport constant sang/anticoagulant pendant toute la durée de vie des tubes, il permet un remplissage des tubes normalisé et précis.
- Contact direct du sang avec l'anticoagulant.
- Bouchon du tube en butyle avec cape coiffante de sécurité.
- Le n° de lot et la date de péremption sont inscrits sur chaque boîte, chaque tube.
- conditionnement par carton de 12 x 100.

Conditionnement minimum de vente: Boîte de 100.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tube-de-prelevement-en-p-e-t/4361-tube-sous-vide-en-p-e-t-vacutes-5ml-coagulation.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com