

FICHE PRODUIT

Bain à sec chauffant DB-005

Référence : SOC-DB005

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Bain à sec chauffant DB-005

Les **Bain à sec chauffant DB-005** à sec sont des équipements des laboratoires destinés au chauffage homogène de tubes, micro tubes et microplaques sans utilisation d'eau. Ces blocs chauffants acceptent des blocs modulaires amovibles adaptés aux différentes tailles de tubes. Ils sont généralement à commander séparément (toujours bien regarder la composition de l'appareil).

spécification du Bain à Sec

- La commande de PID compense la dérive de la température.
- L'activation de la fonction d'arrêt automatique entraîne un arrêt automatique de la production de chaleur au bout du temps de fonctionnement programmé.
- La minuterie est mise en marche lorsque la température pré réglée est stabilisée.
- La minuterie alerte de la fin du cycle de chauffage, et affiche « END ».
- Il existe un système de sauvegarde de la température et du temps de la précédente opération.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Ces points peuvent être utilisés pour une nouvelle opération et le temps devra être enregistré. Sinon, rentrer de nouveaux points.
- Systèmes de sécurité: alarme de surchauffage, alarme de baisse de chauffage, double protection anti-surchauffage.
- Contrôleur de température: Analogique.
- Lecteur de température: Thermomètre.
- Plage de température: 110°C.
- Stabilité de la température à 37°C: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$.
- Régulateur: PID.
- Alarme de surchauffage: N/A.
- Puissance de chauffe: 75 W.
- Minuterie: N/A.
- Normes du Bain à sec chauffant: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-a-sec-chauffant/5074-bain-a-sec-chauffant-db-005.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com