

FICHE PRODUIT

Bain Marie universel à Microprocesseur, Modèle YCW-010E 22 L

Référence : SOC-YCW010E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Bain Marie - Modèle YCW-010E

- * La cuve du Bain Marie est en acier inox. Ses bords arrondis permettent une meilleure circulation.
- * L'uniformisation de la température à l'intérieur du réservoir est améliorée grâce à un agitateur rotatif.
- * Dispose d'une alarme sonore et visuelle. Lorsque celle-ci est activée, on a diminution de la température jusqu'à 2°C au dessus du niveau réglé.
- * La minuterie est mise en marche lorsque la température pré-réglée est stabilisée.
- * Dispose également d'un minuteur électronique intégré, qui va jusqu'à 99h.

Accessoires du Bain Marie:

- * Couvercle en forme de toit, en acier inox.
- * Couvercle à anneaux, en acier inox.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- * Diamètre interne des anneaux : 107 / 80 / 55 / 31,5 / 21 mm.
- * Couvercle à 6 ou 2 anneaux.
- * Porte-tube en acier inox.
- * Contrôleur de température: Digital.
- * Températures préréglées: N/A.
- * Lecteur de température: Affichage LED.
- * Plage de température: 100°C.
- * Stabilité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- * Homogénéité de la température: $\pm 0.01^{\circ}\text{C}$.
- * Régulateur de température: PID.
- * Alarme de surchauffage: En cas de diminution de température réglée de 2°C .
- * Alarme de niveau d'eau bas: Oui, arrêt de chauffage.
- * Puissance de chauffe: 1000W.
- * Minuterie: N/A.
- * Capacité: 22L
- * Normes du Bain Marie - Modèle YCW-010E: ISO 9001, CE, FDA, GMP.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bain-marie/5076-bain-marie-universel-a-microprocesseur-modele-ycw-010e-22-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com