

FICHE PRODUIT

Appareil anesthesie modèle WATO EX-20

Référence : SOC-Wato20

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

La gamme WATO EX-20 ventilateurs d'anesthésie, peut être utilisée pour des anesthésies générales sur plusieurs types de patients au bloc opératoire, de l'enfant à l'adulte. Grâce à ses fonctions conventionnelles, à sa conception orientée pour la sécurité du patient, à ses performances fiables et à son interface conviviale, WATO permet aux utilisateurs cliniques d'effectuer des opérations de surveillance classique sur un écran LCD couleur incluant 3 courbes possibles, les valeurs des pressions des voies aériennes (Pplat, Pcrête, Pmoy) et de spirométrie (Vte, Vm) et des graphiques de pression et de débit simultanés.

Spécifications complémentaires :

- Le bloc patient incluant un By-pass CO2 permet de changer la chaux sodée pendant l'intervention et assure une gestion optimale durant les phases de réveil des patients.
- Message d'information affiché à l'écran pour confirmer l'adaptation correcte du canister de CO2 dans le bloc patient.
- Message d'information affiché pour la gestion des fuites sur le bloc patient afin d'assurer la sécurité du patient.
- Ecran LCD couleur configurable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Design contemporain et Ergonomique.
- Ventilateur contrôlé électroniquement et piloté pneumatiquement.
- Modes VC, VPC, VACI et Manuel/spontané.
- Le VT minimum de 40 ml de l'EX-30/EX-20, rend la gamme appropriée à l'enfant jusqu'à l'adulte sans qu'il soit nécessaire de modifier le circuit patient.
- Module externe pour CO₂ sur l'EX-30/EX-20.
- Convient à de nombreux types d'applications, en particulier aux applications avec anesthésie à bas débit de gaz frais.
- Compatible avec les moniteurs patient Mindray grâce un kit de montage.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/5426-appareil-d-anesthesie-wato-ex-30-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com