FICHE PRODUIT



# Pipetman p gilson à volume variable

Référence : GIL-F12360

**Points forts**

• Garantie : 1

## Description du produit

Micropipette Pipetman P GILSON à volume variable.

Cette pipette est à déplacement d'air, dont le volume, variable, est réglable en continu. De conception particulièrement fiable et robuste. réalisé en acier inoxydable et en PVDF (un plastique doté d'une résistance très élevée aux attaques chimiques).

caractéristiques principales:

* code couleur du bouton-poussoir Bleu.

* Doté d'un contrôle qualité rigoureux. Chaque piston est contrôlé individuellement au microscope.

* L'embout porte-cônes et l'éjecteur de cônes sont entièrement autoclavables.

* Facile à nettoyer.

* Garantie 01 AN.

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Conformité et garantie

CE
Marquage CE

| | |
|---|---|
| **Garantie** | Garantie 2 ans |

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

https://www.socimed.com/pipetman/5801-pipetman-p-gilson-a-volume-variable.html

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Garantie | 1 |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

## Déclinaisons

| Désignation | Référence : | EAN13 : |
|---|---|---|
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 50 - 200 µl , micropipette_ref - GILS-F123601, increment - 0,2 µl | GIL-F123601 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 0,2 - 2 µl , micropipette_ref - GILS-F144801, increment - 0,002 µl | GIL-F144801 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 µl, micropipette_ref - GISL-F144802, increment - 0,002 µl | GIL-F144802 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 2 - 20 µl , micropipette_ref - GILS-F123600, increment - 0,02 µl | GIL-F123600 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 20 - 100 µl , micropipette_ref - GILS-F123615, increment - 0,2 µl | GIL-F123615 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1 - 10 ml, micropipette_ref - GILS-F161201, increment - 20 µl | GIL-F161201 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 1000 - 5000 µl , micropipette_ref - GILS-F123603, increment - 2 µl | GIL-F123603 | |
| glove_conditionnement - 1, micropipette_capacite - 200 - 1000 µl , micropipette_ref - GILS-F123602, increment - 2 µl | GIL-F123602 | |

**SOCIMED SARL**
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.