FICHE PRODUIT



Autoclave vertical Type 2 Volume: 143 Litres

Référence : SOC-VP143

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

AUTOCLAVE 143 LITRES MODÈLE SOC-VP143

Appareil (Autoclave) de stérilisation hautement sécurisé, avec des fonctions stables adaptées au fonctionnement des grands hôpitaux, cliniques et laboratoires de recherches biomédicales, etc. Il permet la stérilisation d'instruments, de tissus, de verrerie, de liquides

Fonctions pratiques de stérilisation :

1. Le préréglage de la fonction d'aspiration à vide permet de raccourcir le temps de stérilisation

2. La fonction de séchage à vide permet de faire disparaître rapidement l'humidité non désirée, et d'atteindre les critères du test de Bowie Dick.

3. Tissus / appareil ; verre / liquide, le mode de stérilisation peut être choisi en fonction des différents types de matériaux à stériliser. Lors de la stérilisation liquide, vérifier les composants du liquide permettant d'éviter rouille et corrosion sont bien présent. Pour les composants médicaux et chimiques, l'eau physiologique salée, etc., sélectionnez s'il vous plait l'acier inoxydable 316 #.

4. Dispositif d'auto approvisionnement en eau : le système de contrôle électronique permet de détecter et d'évaluer automatiquement le volume de l'eau. Lorsque le volume d'eau est insuffisant, il augmentera automatiquement l'eau. Utiliser l'appareil pour des purifications douces d'eau peut

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

prolonger le cycle de vie du stérilisateur.

Dispositifs de sécurité :

1. Dispositif d'allumage et d'extinction automatique de protection en cas de pénurie d'eau ; lorsqu'il y'a insuffisance d'eau, le système électrique de contrôle arrête automatiquement la production de la chaleur, pour éviter un sur-chauffage du dispositif, qu'il s'assèche ou même qu'il fonde.

2. Contrôleur de pression ; la pression maximale dans la chaudière varie entre 2.2 +/- 0.1 kg / cm2. Lorsque la pression atteint la valeur maximale, la production de chaleur s'arrête automatiquement pour prévenir les risques d'élévation de la pression.

3. Soupape de sécurité ; lorsque la pression atteint 2.5 kg / cm2, il occasionne une évacuation rapide de la vapeur et libère la pression de la chambre.

4. Verrou de pression ; lorsque la pression de la chambre interne excède 0.2 kg / cm2, la serrure se verrouille automatiquement et la porte ne pourra plus s'ouvrir pour garantir la sécurité du manipulateur.

5. Bouton de sécurité de la porte d'ouverture ; lorsque la porte est ouverte, la vapeur se trouvant dans la chambre externe ne peut aller dans la chambre interne. L'appareil ne pourra fonctionner normalement, qu'une fois la porte d'ouverture hermétiquement fermée.

Interface d'utilisation simple :

- L'alarme électronique à affichage numérique LED permet de contrôler le temps de stérilisation et de séchage, précisément dans la plage allant de 0 à 99 minutes.

- Le contrôleur électronique de température à affichage numérique LED, permet de fixer rapidement la température de travail requise, et d'afficher la température courante dans la chambre interne. La température maximale réglable est 134°C (218.47°F).

- La jauge de pression des chambres interne et externe permet d'afficher clairement le statut actuel de la température de fonctionnement de l'intérieur du stérilisateur.

- L'ouverture et la fermeture de la porte tournante est facile.

La température maximale de stérilisation est 134°C (218.47°F), et la valeur de la pression pour stérilisation peut atteindre 2.2 kg / cm2 (2.16 bar ou 31.29 psi).

Le dispositif de chauffage à grande puissance prendra 20 minutes pour une stérilisation complète en deçà de 121°C, ou 15 minutes en deçà de 132°C.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Etapes de préparation de la stérilisation :

Mode d’emploi manuel

Introduire les articles à stériliser à l’intérieur de l’appareil et fermer la porte - approvisionner en eau manuellement - régler le temps de stérilisation - démarrer l’appareil – chauffage – temps de stérilisation épuisé – évacuation manuelle de la chaleur – régler le temps de séchage – Achèvement.

Mode d’emploi automatique

Mettre les articles à stériliser dans l’appareil et fermer la porte – régler la température / temps – allumer l’appareil / presser le bouton d’allumage– approvisionner en eau manuellement – chauffage – stérilisation – évacuation de la vapeur de la chambre interne – séchage – Achèvement.

Mode d’emploi totalement automatique

Mettre les articles à stériliser dans l’appareil et fermer la porte – régler la température / temps – allumer l’appareil / presser le bouton d’allumage – approvisionnement automatique en eau – chauffage – prérégler l’aspiration pour 3 fois – stérilisation – évacuation de la vapeur de la chambre interne – séchage par aspiration – Achèvement.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/autoclave-vertical-a-cuve-horizontale/5889-autoclave-vertical-type-2-volume-143-litres.html

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.