FICHE PRODUIT



Appareil d'anesthésie, Modèle DMK 1031

Référence : SOC-DMK-1031

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Appareil d’anesthésie modèle DMK 1031

Sécurité / précision / fiabilité

Ecran LCD externe couleur 12.1 pouces, pas d’espace mort sur l’écran.

Débitmètre à commande tactile avec protection hypoxique

Le chauffage du circuit respiratoire garantit l’absence de piège à eau dans le système

Capteur de flux d’aspiration et d’inspiration interne

Système de vérin de secours (système Yoke)

3 supports de source gazeuse

Système de ventilation par anesthésie compatible à la norme ISO 9001: 13485

Facile à utiliser

Contrôle des paramètres de ventilation, paramètres prédéfinis, indication d'alarme et le contrôle de la forme d'onde respiratoire.

Pour adultes et enfants

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Approprié pour le contrôle de l'anesthésie par inhalation fermée, semi-fermée, semi-ouverte ou pour la ventilation assistée.

Approuvé CE.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 70 x 85 x 140 cm
- Poids : 65 kg
- Roulettes : Frein central avec serrure
- Ecran : LCD
- Affichage : 12.1 pouces
- Affichage graphiques : Formes d'ondes de P-T, F-T, V-T, circuits de P-V, V-F, F-P
- Système de surveillance : VT, MV, BPM, Patte, conformité pulmonaire, plate-forme inspiratoire, FiO2
- Puissance : CA 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2%
- Pression de sortie : 0,4 ±0.1 MPa
- Courant : 500 mA max

Spécifications du ventilateur

Modes de ventilation : VCV, SIMV, Manuel, SIPPV, PCV, Mode veille

Paramètre de ventilation :

- Mode de fonctionnement : À commande électronique et à commande pneumatique
- Intervalle du volume courant : 20 – 1500 ml
- Plage de pression : 5 – 80 mbar
- Variation de la fréquence respiratoire : 1 – 99 bpm (1 – 40 bpm sous SIMV)
- Plage I:E : 4:1 – 1:8
- Plage de déclenchement : -20 - 20cm H2O
- Plage de ventilation/minute : >18L/Min
- Plage SIGH : 0-5/100

Norme du système :

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Système de surveillance hypoxique : Soupape d’arrêt N2O, <25% de concentration O2
- Soupape de sécurité : <12.5 kPa
- Compensation de gaz frais : 25-75 L/min
- Débitmètre : Electronique, 0-10 L/min
- Volume de l’absorbeur de gaz : 1,5 L
- Vaporisateur : 2 sélecteurs, maximum 2 montures (Isoflurane / Enflurane / Sevoflurane / Halothane)

Seuil d’alarme :

Audio / visuelle : Pas de volume courant, limitation MV, Paw, FiO2, O2, panne d'air, panne de courant alternatif, faible sauvegarde.

Canaux d’approvisionnement :

- Configuration du gaz : O2, N2O, Air
- Plage d’entrée de canalisation : 280-600 kPa

Alimentation par batterie :

- Type de batterie : Acide-plomb 12V, 4Ah
- Temps d’exécution : 30 min+, jusqu’à 2 heures

Fonction de préréglage :

- Langue : Anglais
- Calibration : Automatique

Applications

Variété de patient : Adulte/ pédiatrique

Veilleuse

- Type : Intégré, commande électronique
- Plage : Arrêt, 3-20 cm H2O

ACGO : Sortie de gaz commun auxiliaire

En option :

- Vaporisateur : Selectatec

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Système Yoke (goupille d’indexage) : bouteille de 11L, O2/N2O
- AGSS : Système de récupération de gaz d’anesthésie

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/6199-appareil-d-anesthesie-modele-301a.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.