
FICHE PRODUIT



Agitateur orbital de Kline (VDRL)

Référence : SOC-TS2000A

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Agitateur orbital de Kline (VDRL)

L'agitateur orbital de Kline est le plus souvent utiliser **dans la fixation du gel d'électrophorèse,** dans le développement de la teinture du nitrate d'argent et dans le développement et la fixation des rayons X. **Agitateur orbital de kline** permet d'augmenter le volume de l'image dans l'expérimentation de l'autoradiographie, et le traitement des pellicules de **cellulose après le transfert d'électrophorèse**, telles que : l'hybridation moléculaire, la réaction et la coloration d'antigène et anticorps.Il facilite le transfert de culture cellulaire et de la membrane cellulaire. Permet une utilisation à basse température dans un réservoir thermique.

Caractéristiques techniques de l'agitateur orbital de Kline :

* Alimentation: 220V, 35W

* Fréquence: 40-240 tr/min

* Déplacement lors de l'agitation : Rayon de braquage 15 mm

*Vitesse: reglage de la vitesse en continu

*Plaque : 250x230mm

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

*Timing: 0-60 min / continu

* Dimension globale: 350x250x150

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/agitateur-orbital/6475-agitateur-orbital-modele-b11-03001.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Documents associés


- Fiche Technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.