FICHE PRODUIT



Appareil pour la mesure de l'hémoglobine glyquée HbA1c (Hémoglobinomètre) hemocue 501

Référence : SOC-HBA1C501

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Appareil pour la mesure de l’hémoglobine glyquée HbA1c (Hémoglobinomètre)

HemoCue ® HbA1c : Appareil pour la mesure de l’hémoglobine glyquée

Le système HemoCue® HbA1c 501 est un système complètement automatique à utiliser au chevet du patient, qui n’est pas seulement d’utilisation facile, mais dont chaque composante – de sa taille au stockage ou à la manipulation des cartouches – est pensée pour s’adapter parfaitement à votre façon de travailler.

Rigoureusement testé conformément aux principes d’HemoCue et disposant de contrôles et d’un étalonnage automatiques intégrés au système, vous pouvez compter sur lui pour obtenir la bonne réponse au bon moment – c’est-à-dire à tout moment.

caractéristique de appareil pour la mesure de lhémoglobine

Le système HemoCue HbA1c permet la mesure de l’hémoglobine glyquée sur le lieu d’intervention

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

(Point-Of-Care). Simple et rapide d'utilisation, cet instrument a été conçu pour vous fournir les moyens de réaliser un test en toute confiance.

- Méthode: Boronate affinité.

- Plage de mesure: 20-130 mmol/mol (IFCC), 4.0-14.0% (NGSP)

- Prélèvement: 4 uL de sang capillaire ou veineux.

- Temps de mesure: Résultats en 5 minutes environ

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/hemoglobinometre/6970-appareil-pour-la-mesure-de-l-hemoglobine-glyquee-hba1c-hemocue-r.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.