FICHE PRODUIT



Analyseur d'électrolytes

Référence : SOC-IMS972

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Fonctionnement simple par OUI/NON

Capteur d’électrode et de TCO2 de haute précision avec une longue durée de vie.

Mode de veille pour réduire la consommation de réactif.

Vitesse de test rapide : 80 tests par heure.

Volume minimum d’échantillon : 60 ul

Réactif unique pour éviter les déchets.

En option : Plateau d’échantillon

Paramètre de configuration : C K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH

Spécifications techniques :

- Echantillon : sérum, le plasma, le sang, du liquide céphalorachidien et l'urine diluée
- Mesure de la vitesse : ≤25s
- Méthode d’analyse : Electrode à sélectivité ionique (ISE)
- Volume d’échantillon : 60 - 300 ul (3 paramètres à 11 paramètres)

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Position de l’échantillon : 35 postes (dont 1 QC)
- Stockage : Jusqu’à 10000 résultats de test
- Imprimante : Imprimante thermique interne
- Interface : Port RS232

Environnement de travail :

- Température : 5-40 ℃
- Humidité relative : ≤ 80%
- Pression atmosphérique : (86 ~ 106) kPa
- Alimentation : 220V ± 20V, 50-60Hz
- Puissance : ≤120W
- Dimension : 380mm x 270mm x 400mm
- Poids net : 8 kg

Articles	Plage de mesure	Résolution	Précision de mesure
K^+	0.5-20.0 mmol/L	0.01 mmol/L	≤1.0%
Na^+	15-200 mmol/L	0.1 mmol/L	≤1.0%
Cl^-	15-200 mmol/L	0.1 mmol/L	≤1.0%
Ca^{2+}	0.1-6.0 mmol/L	0.01 mmol/L	≤1.0%
Li^+	0.1-5.0 mmol/L	0.01 mmol/L	≤2.0%
pH	4 - 9 pH	0.01 pH	≤0.5%
TCO_2	2.0-70.0mmol/L	0.1 mmol/L	≤3.0%

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/ionogrammes/7285-analyseur-d-electrolytes.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.