
FICHE PRODUIT



ANALYSEUR DE CHAMP VISUEL, Modèle ASP-6000Cer

Référence : SOC-APS-6000CERA

Points forts

• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES DE L'ANALYSEUR DE CHAMP VISUEL, Modèle ASP-6000Cer

- Inspection dynamique de la position des yeux.
- Inspection environnemental de l’éclairage.
- PC interne.
- Ecran tactile.
- L’analyseur de champ visuel est utilisée pour confirmer que le glaucome a affecté la fonction visuelle, pour évaluer la gravité et de suivre la progression de la maladie.
- L’Analyseur de champ visuel Modèle APS-6000Cer est équipé d'une mentonnière (repose – menton) électronique pour le positionnement exact du patient.
- Le périmètre automatique est conçu et développé sur le système Windows.
- L’utilisateur peut obtenir un rapport intuitif avec les résultats de périmètrie examinés.
- La périmètrie informatisée est maintenant devenu une méthode d'examen populaire et obligatoire à des fins médicales et optiques.
- L’écran tactile avec ses menus simplifie et accélère l’utilisation des instruments.
- Inspection dynamique de la position des yeux.
- Inspection environnemental de l'éclairage.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ANALYSEUR DE CHAMP VISUEL, MODELE APS-6000Cer

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Apparence	Type intégré (écran tactile)
Mode de test	Périmetrie statique
Portée du test	0-90’
Test de distance	300mm
Couleur de la cible visuelle	rouge, blanc
Point de la cible visuelle	390 points (rouge 61, blanc 329 points)
Taille de la cible visuelle	2.0 cd/m
Intervalle entre la cible visuelle et le temps	Adaptation du patient, standard, lent, habituel
Dimensions de la pupille	Automatique
Mouvement de la tête	AEC inspection de la position des yeux et système de correction automatique
Détecteur de luminosité	Luminosité automatique, système de détection et de correction
Détecteur de stratégie	Dynamique intelligente, dynamique intelligente rapide, seuil plein, seuil rapide, habituel, deux notation, trois notation, quantification des défauts
Seuil de la police	Lié à l’âge, le seuil, la force unique
Seuil du mode de test	Centré 0-10’’, centré 0-30’’, centré 0-60’’, périphérique 60-90’’, détection d’angle mort
Mode de projection	BG, LVC, LVP, C08, D1, TG2, ST, 32, CO7, M2, N1
Contrôle de fixation	Surveillance vidéo dynamique en temps réel, surveillance physiologique de l’angle mort, courbe de suivi de l’œil, alarme de position décalée de l’œil.
Logiciel d’analyse	Analyse de la fiabilité, analyse de la vision unique, triple rapport d’analyse, aperçu de la vision d’analyse, analyse en semi vision du glaucome GHT, analyse développé du glaucome GPA.
Rapport du schéma	Carte de la valeur, carte en niveau de gris, le tableau de décibel d’ensembles bios, la carte globale de probabilité, charte des écarts de déviation décibel, écart de probabilité motif et parcelle, chiffres.

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ANALYSEUR DE CHAMP VISUEL, MODELE

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

APS-6000Cer

Type d’éclairage	LED
Stimulateur	Bol hémisphérique, rayon de 30 cm intégré
Source d’éclairage	Diode électroluminescente
Taille de l’éclairage	Goldmann III
Energie de stimulation	≤10000 asb
Durée de stimulation	Ajustable de 0,2 à 2s
Couleur de l’éclairage	Jaune, rouge
Etape d’éclairage	Total v27, étape 1
temps de retardement de l’éclairage	Ajustable de 0,2 à 2s
éclairage auxiliaire	4 abs
Taille du cadre	35 mm (optionnel)
Numéro de stimulation	144(0-60D) ,72 (0-30D), 61(0-10D rouge), 114 (tache aveugle)
intervalle de déplacement de la mentonnière	Verticale 70mm, horizontale 90m
Méthode de fixation	Surveillance automatique avec deux options disponible. Méthode de tache aveugle, méthode de suivi de l’œil Dans les deux méthodes, les erreurs de fixation sont immédiatement annoncées par des alertes visuelles et audibles La caméra vidéo standard doit fournir une vidéo de l’œil du patient pour une surveillance supplémentaire
Champ d’application de l’inspection	Test de défaut (0-60D), test de la tache jaune (centrale 0-10D), test Central 0-30D, test Quadrant, test Périphérique (60-90D), test de tache aveugle, test coutumier
Tension/ puissance	110-220V/ 50-60Hz
Poids	± 40 kg

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/7288-analyseur-de-champ-visuel-modele-asp-6000cer.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.