FICHE PRODUIT



Gel de contact

Référence : SOC-14310DIS

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Gel de contact échographie : la transmission ultrasonique au format économique

Le **gel de transmission ultrasonique** est le consommable sans lequel aucune échographie n'est possible. Interposé entre la sonde et la peau, il chasse la couche d'air qui réfléchirait les ultrasons et empêcherait toute image d'apparaître. Sa qualité conditionne directement la netteté de l'examen : un gel trop fluide s'écoule et crée des interruptions de contact, un gel trop épais freine le glissement de la sonde.

Ce **gel de contact pour échographie** est formulé pour un usage intensif : cabinets de radiologie et d'imagerie, services hospitaliers, cabinets de gynécologie-obstétrique, de cardiologie et de médecine générale équipés d'un échographe, kinésithérapeutes pratiquant les ultrasons thérapeutiques. Le format cubitainer, nettement plus économique que les flacons unitaires, convient aux structures à fort volume d'examens comme aux dispensaires et missions où le réapprovisionnement est espacé.

Sa formule **hypoallergénique et sans parabène** limite le risque de réaction cutanée chez les patients examinés de façon répétée, notamment en suivi de grossesse. Son caractère non gras et non corrosif protège les membranes de sondes, dont le remplacement représente une dépense

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

sans commune mesure avec le prix du gel.

Caractéristiques techniques

- **Fabricant :** ASEPT INMED
- **Type :** gel de transmission ultrasonique à base aqueuse
- **Propriétés :** hypoallergénique, hydrosoluble, non irritant, non corrosif, non abrasif, non gras
- **Composition :** sans parabène
- **Compatibilité matériel :** n'endommage pas les sondes d'échographie
- **Usage :** externe uniquement, à usage unique par patient
- **Conditionnement :** bidon (cubitainer) de 5 litres ; Flacon de 250ml
- **Statut :** dispositif médical de classe IIa
- **Remboursement :** non inscrit à la LPPR
- **Stérilité :** produit non stérile (la version stérile par rayonnement gamma correspond au sachet de 20 ml de la même gamme)

Compatibilité et applications

- **Échographie** abdominale, pelvienne, obstétricale, thyroïdienne, musculo-squelettique et vasculaire
- **Doppler** continu et pulsé
- **Électrocardiographie** et ultrasons thérapeutiques
- **Flacon doseur :** les deux flacons vides fournis par carton se remplissent au bidon, pour une application propre au poste d'examen
- **Échographies endocavitaires :** privilégier le sachet stérile de 20 ml de la gamme, le bidon de 5 L n'étant pas stérile
- **Nettoyage :** hydrosoluble, le gel s'élimine à l'eau ou au papier absorbant, sans film gras résiduel sur la peau ni sur la sonde

Pourquoi choisir ce gel de contact ?

- **Protection du matériel :** formule non corrosive et non abrasive — un gel agressif fissure les membranes de sonde et transforme un consommable à quelques euros en réparation à plusieurs centaines.
- **Tolérance cutanée :** hypoallergénique et sans parabène, adapté aux examens répétés et aux peaux sensibles.
- **Flacons doseurs inclus :** deux flacons vides par carton, sans achat complémentaire.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- **Fabrication française :** ASEPT INMED est un fabricant français de dispositifs médicaux à usage unique.

Questions fréquentes

Ce gel convient-il aux examens endocavitaires ?

Non. Le bidon de 5 litres est destiné à l'usage externe. Pour les échographies endovaginales ou endorectales, utilisez le gel stérile en sachet unidose de la même gamme, avec une housse de sonde adaptée.

Faut-il le réchauffer avant usage ?

Ce n'est pas obligatoire, mais un chauffe-gel améliore nettement le confort du patient, en particulier lors des échographies abdominales et de suivi de grossesse.

Le gel peut-il abîmer la sonde ?

Non. Sa formule non corrosive et non abrasive est compatible avec les membranes de sondes. Essuyez néanmoins la sonde après chaque examen et suivez le protocole de désinfection du fabricant de l'échographe.

Comment le conserver ?

Dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la lumière directe, bidon refermé. Les conditions exactes et la durée de conservation figurent sur l'étiquette du lot.

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/gels-medicaux-et-lubrifiants/9061-gel-de-contact.html

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
diagnostic_caracteristique - Sachet/20 ml Simple emballage-Carton de 48	SOC-14310DIS_20	
diagnostic_caracteristique - Gel pour échographie 250 ml	SOC-14310DIS_25	
diagnostic_caracteristique - Gel pour échographie 5 l. Cubitainer + 1 Flacon	SOC-14310DIS_5	

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.