

FICHE PRODUIT



MAGLUMI PROLACTIN(CLIA)

Référence : SOC-130202006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de la prolactine (PRL) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 37,5 à 8 000 $\mu\text{UI/ml}$.

Le test doit être effectué avec l'analyseur d'immuno-analyse par chimiluminescence (CLIA) entièrement automatisé MAGLUMI

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit



<https://www.socimed.com/reactifs/9659-maglumi-prl-clia.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com