

## FICHE PRODUIT



# MAGLUMI ACE (CLIA)

Référence : SOC-130201003

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de l'antigène carcino-embryonnaire (ACE) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 1,0 à 1 000,000ng/ml.

Le test doit être effectué avec l'analyseur d'immuno-analyse par chimiluminescence (CLIA) entièrement automatisé MAGLUMI

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9678-maglumi-ace-clia.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com