

FICHE PRODUIT



MAGLUMI PSA -I (CLIA)

Référence : SOC-130201005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

DOMAINES D'UTILISATION

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de l'antigène prostatique spécifique libre (PSA-I) dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 0,05 à 60 ng/ml.

Le test doit être effectué avec l'analyseur d'immuno-analyse par chimiluminescence (CLIA) entièrement automatisé MAGLUMI

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9699-maglumi-psa-l-clia.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com