

**FICHE PRODUIT**

## MAGLUMI CA 15- 3 (CLIA)

Référence : SOC-130201010

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**UTILISATION PRÉVUE**

Le kit a été conçu pour la détermination quantitative de l'antigène du cancer 15-3 (CA 15-3) dans le sérum humain. Le procédé peut être utilisé pour les échantillons dans la gamme de 1,6-1.000 U/ml.

L'essai doit être effectué sur l'analyseur de dosage immunologique par chimiluminescence entièrement automatique (CLIA) MAGLUMI

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9705-maglumi-ca-15-3-clia.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)