

FICHE PRODUIT



CYFRA 21 -1 MAGLUMI (CLIA)

Référence : SOC-130201013

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

UTILISATION PRÉVUE

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de CYFRA21-1 dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 1,0 à 1000 ng/ml.

L'essai doit être effectué dans l'analyseur de dosage immunologique par chimiluminescence entièrement automatique (CLIA) MAGLUMI

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9730-cyfra-21-1-maglumi-clia.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com