

**FICHE PRODUIT**

## GAD65 MAGLUMI (CLIA)

Référence : SOC-130205005

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**UTILISATION PRÉVUE**

Le kit a été conçu pour le dosage quantitatif de l'anticorps de décarboxylase de l'acide glutamique (GAD65)

dans le sérum humain.

La méthode peut être utilisée pour des échantillons dans une plage de 1,0 à 280,0 UI/ml.

L'essai doit être effectué dans l'analyseur de dosage immunologique par chimiluminescence entièrement automatique (CLIA) MAGLUMI

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/9737-gad65-maglumi-clia.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)