FICHE PRODUIT



Analyseur d'hématologie modèle HEMAT-PE-6800

Référence : SOC-PE-6800

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

AUTOMATE D’HEMATOLOGIE HEMAT-PE6800
Cet analyseur d’hématologie encore appelé compte globule est un &quipement de laboratoire au format de table et entièrement automatisé. Cet automate utilise la méthode ‘’Coulter’’ qui consiste à compter les cellules passant au travers d’un orifice et à mesurer le contenu en hémoglobine des globules rouges par photométrie.

Détails de l'analyseur d’hématologie

Catégorie parente: LABORATOIRE
Catégorie : HEMATOLOGIE

Formule leucocytaire 3 populations,20 paramètres + 3 histogrammes(WBC/RBC/PLT) !
. 3 modes de numération : Capilaire, Sang total ou Sang prédilué.
. Vitesse : 35 tests par heure !
. Dilution, lyse, mélange, rinçage lavage automatiques.
. Sonde d’aspiration à nettoyage automatique.
. Stockage : 12000 Paramètres (comprenant histogrammes).
. Imprimante thermique incorporée
. Lecteur Bar code (en option)
. Alerte de fin de réactif
. Large écran de visualisation Affichage: LCD couleur Résolution: 640 x 480

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

. AC 220V±10% 50/60±1 Hz

Livré avec accessoires de démarrage Et réactifs de démarrage
Logiciel convivial et simple d'utilisation.

L'AUTOMATE D'HEMATOLOGIE HEMAT-PE6800 détermine les 20 paramètres hématologiques suivants:

Globule blanc WBC 109/L
Globule rouge RBC 1012/L
Hémoglobine Concentration HGB g/L
Plaquettes PLT 109/L
MCHC g/L
Volume globulaire moyen MCV Fl
Hématocrite HCT %
Mean Cell (erythrocyte) Hemoglobin MCH Pg
Lymphocyte Lymph# 109/L
Mid-sized cell Mid# 109/L
Granulocyte Gran# 109/L
Lymphocyte pourcentage Lymph% %
Mid-sized cell pourcentage Mid% %
Granulocyte pourcentage Gran% %
Coéf. de variation G Rouge RDW-CV %
Déviation Standard G. Blanc RDW-SD fl
Volume plaquettaire moyen MPV fL
Distribution plaquettaire PDW fL
Plateletcrit PCT
rapport de cellules plaquettes larges P-LCR %

Volume échantillon: 1-pré dilué: 13 µL, 2-Sang complet: 9.6 µL, 3-Capillaire: 9.6 µL

Menu: Comptage, revisualisation, contrôle de qualité, setup, service,
calibration, mise hors tension
mode de Calibration: Manuel et Automatique
Connectiques Entrée/Sortie: 2x USb, 2X RS232, 1x sortie parallèle pour imprimante, 1x VGA pour écran externe, 2x PS/2

Impression du compteur de globules: Imprimante thermique de 50 mm de largeur
Plusieurs formats d'impression disponibles
Environnement du compteur de globules: Température: 15°C-30°C,
Humidité: 30 % - 85 %
Alimentation: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Dimension: 322 x 437 x 386 mm
Poids: 17,9 Kg

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/automates-d-hematologie/9781-analyseur-d-hematologie.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Photos du produit



SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.