


FICHE PRODUIT

Incubateur de laboratoire 25 L, Modèle IN-010

Référence : SOC-GMIN01025

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Incubateur de laboratoire 25 L, Modèle IN-010

FONCTIONNALITÉS DE L'INCUBATEUR DE LABORATOIRE 25L

L'uniformité et la stabilité de la température étant approximatives, elles peuvent varier selon les différents environnements de travail.

Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

- Indications: Pour les études microbiologiques, pour la culture tissulaire et l'incubation de virus.
- Un viseur (fenêtre) en verre monté sur la porte avant, facilitant la surveillance des échantillons. Ce viseur permet de prévenir toute rupture possible de la porte en verre et de plus il permet de surveiller les échantillons sans besoin d'ouvrir la porte.
- Dispose d'une chambre à double paroi isolée par fibre de verre pour une durabilité et une bonne rétention de chaleur. (La laine de roche peut créer des maladies respiratoires et du cancer).
- La minuterie ne fonctionne que lorsque la marge de température a été stabilisée. Dotée d'une fonction alarme audible et visible contre le surchauffage.
- L'orifice d'entrée d'air frais réglable en bas et en haut assure le contrôle de la quantité d'air qui afflue.
- Le contrôleur de température intégré du module fournit un affichage précis de la température

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dispositifs de sécurité:

- Alarme de surchauffe et arrêt à 4°C au-dessus du point de consigne.
- Un interrupteur de sécurité indépendant protège l'échantillon du surchauffage à 80 ° C si la commande primaire échoue.
- Disjoncteur de fuite optionnel avec O.C.
- Alarme sonore et visible signalée par lampe
- Lorsque l'alarme est fonctionnelle, la minuterie signale "FIN" lorsque le cycle d'incubation est terminé.
- La mémoire stocke la température et le temps passé si la porte est ouverte pendant l'opération

Approbation:

CE, FDA, GMP, ISO13485, 9001

Spécifications de l'incubateur de laboratoire 25I

- Modèle de la série IN-010
- Capacité :25 L
- Système de contrôle : Système à microprocesseur
- PID de contrôle de température
- Réglage de la température numérique
- Lecture temporaire numérique
- Arrivée d'air forcée par ventilateur
- Uniformité de température $\pm 3,0$ °C à 37 °C
- Stabilité de la température $\pm 0,5$ °C à 37 °C
- Alarme et déverrouillage : Oui, 4°C au point de consigne
- Minuterie numérique, 99 h59min + maintien
- Plage de température Ambiante : + 5°C à 75°C
- Accessoire standard : 2 étagères en maille S / S réglables

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/9825-incubateur-de-laboratoire-25-l-modele-in-010.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com