FICHE PRODUIT



Salle de radiographie os - poumons, Modèle FS-1000DRF

Référence : SOC-FS-1000DRF

Points forts

• delais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la salle de radiographie os - poumons, Modèle FS-1000DRF.

Le générateur de rayons x.

- Puissance de sortie maximale: 65kW
- Fréquence de l'onduleur :400 kHz
- Plage de tension du tube: 40kV ~ 150kV
- Plage de courant du tube: 10mA ~ 800mA
- Fréquence de charge: 0.001s ~ 6.3s
- Produit actuel: 0,1 ~ 1000mAsAPR ≥1024
- Fonction d'extension: AEC
- Puissance: 3 phases 380VAC ± 10%;50 / 60Hz ± 1 Hz;

Tube à rayon X

- focus: 0.6 / 1.2mm
- Capacité de chauffage de l'anode: 600 kHU

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

- Capacité thermique de l'ensemble tube: 2000kHU
- Vitesse de l'anode: 10000r / min
- Collimateur: Filtration totale équivalente: 2mmAl;Champ de rayons X: 0mm × 0mm ~ 43mm × 43mm.

Détecteur à ecran plat

- Scintillateur: CsI
- Taille: 17 "* 17"
- Treillis d'image: 2880 * 2881
- Taux de pixel: 148 µm
- Conversion AD: 16 bits

Moniteur

- Taille de l'écran: 19 ";
- type: type d'aperçu, LCD, couleur;
- résolution: 1280× 1024;
- luminosité: 300 cd / m2

voltage: 75kV 16m

Conformité et garantie

CE
Marquage CE

Garantie	Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/9985-salle-numerique-de-radiographie-os-poumons.html

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.