Socimed

Le matériel médical c'est nous

Périmètre Ophtalmique Modèle APS-6000Cer

PERIMETRE OPHTALMIQUE, modèle APS-6000Cer

Réf. **SOC**-APS-6000Cer

- Inspection dynamique de la position des yeux ;
- inspection environnemental de l'éclairage,
- PC interne ;
- écran normal ;
- détection automatique de la luminosité ambiante ;
- reconnaissance dynamique par le clignotement ;
- fourni des rapports d'analyse varies ;
- une variété de mode d'inspection spécial et du mode de vérification habituel ;
- Un test de champ visuel doit être réalisé sur tous les patients avec une lésion de la vue ;
- le test de champ visuel est principalement utilisé pour visualiser les dommages sur la fibre nerveuse à l'arrière de l'œil causée par le glaucome, bien que d'autres affections oculaires puissent également être évaluées.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Socimed

Le matériel médical c'est nous

Périmètre Ophtalmique Modèle APS-6000Cer

CARACTERISTIQUES GENERALES DU PERIMETRE OPHTALMIQUE, MODELE APS-6000Cer

Type de stimulation	LED
Stimulateur d'écran	Bol hémisphérique, rayon de 30 cm intégré
Source de stimulation	Diode électroluminescente
Taille de la stimulation	Goldmann III
Intensité de la stimulation	≤10000 asb
Durée de la stimulation	Ajustable de 0,2 à 2s
Couleur de la stimulation	Jaune, rouge
Etape de la stimulation	Total v27, étape 1
Retard minimum entre les stimuli	Ajustable de 0,2 à 2s
Contexte d'éclairage	4 abs
Diamètre de la lentille principale	35 mm (optionnelle)
Point de stimulation	144(0-60D) ,72 (0-30D), 61(0-10D rouge), 114 (tache aveugle)
intervalle de déplacement de la mentonnière	Verticale 70mm, horizontale 90m
Méthode de fixation	Surveillance automatique avec deux options disponible. Méthode de tache aveugle, méthode de suivi de l'œil Dans les deux méthodes, les erreurs de fixation sont immédiatement annoncées par des alertes visuelles et audibles Le standard de la camera vidéo doit fournir un visuel de l'œil du patient pour une surveillance additionnelle
Plage de test	Test de défaut (0-60D), test de la tache jaune (centrale 0-10D), test Central 0-30D, test Quadrant, test Périphérique (60-90D), test de tache aveugle
Tension/ puissance	110-220V/ 50-60Hz
Poids	± 40 kg

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Socimed

Le matériel médical c'est nous

Périmètre Ophtalmique Modèle APS-6000Cer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PERIMETRE OPHTALMIQUE, MODELE : APS-6000Cer

Apparence	Type intégré
Mode de test	Périmètrie statique
Portée du test	0-90’
Test de distance	300mm
Couleur de la cible visuelle	rouge, blanc
Point de la cible visuelle	390 points (rouge 61, blanc 329 points)
Taille de la cible visuelle	2.0 cd/m
Intervalle entre la cible visuelle et le temps	Adaptation du patient, standard, lent, habituel
Dimensions de la pupille	Automatique
Mouvement de la tête	AEC inspection de la position des yeux et système de correction automatique
Détecteur de luminosité	Luminosité automatique, système de détection et de correction
Détecteur de stratégie	Dynamique intelligente, dynamique intelligente rapide, seuil plein, seuil rapide, habituel, deux notation, trois notation, quantification des défauts
Seuil de la police	Lié à l’âge, le seuil, la force unique
Seuil du mode de test	Centré 0-10’’, centré 0-30’’, centré 0-60’’, périphérique 60-90’’, détection d’angle mort
Mode de projection	BG, LVC, LVP, C08, D1, TG2, ST, 32, CO7, M2, N1
Contrôle de fixation	Surveillance vidéo dynamique en temps réel, surveillance physiologique de l’angle mort, courbe de suivi de l’œil, alarme de position décalée de l’œil.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d’une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Analyse logicielle	Analyse de la fiabilité, analyse de la vision unique, triple rapport d'analyse, aperçu de la vision d'analyse, analyse en semi vision du glaucome GHT, analyse développé du glaucome GPA.
Rapport du schéma	Carte de la valeur, carte en niveau de gris, le tableau de décibel d'ensembles bios, la carte globale de probabilité, charte des écarts de déviation décibel, écart de probabilité motif et parcelle, chiffres.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N