Socimed

Le matériel médical c'est nous

Centrifugeuse de table de laboratoire, Modèle TD4C

Réf. **SOC-YGT-151614**

Caractéristiques de la centrifugeuse de table de laboratoire, Modèle TD4C :

- Largement utilisé en laboratoire, à l'hôpital et dans les banques de sang.
- Moteur sans balai pour le modèle TD4C, sans besoin de maintenance, aucune pollution en poudre, accélération et décélération rapide.
- Gamme de vitesse de 0 à 4000tr/min, fonctionnent sans à-coups, faible bruit et peu de vibration.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

- Système de contrôle par micro-ordinateur, affichage numérique du RCF, du temps et de la vitesse. Il existe 10 types de programme et 10 sortes d'accélération et de décélération selon votre choix.
- Fermeture électrique du couvercle, design compact, super vitesse et protection en cas de déséquilibre.
- Avec une grande vitesse et une protection en cas de déséquilibre, il est plus sûr et fiable.

Paramètres techniques du TD4C :

Vitesse maximale :	4.000 tr/min	RCF Max :	2000 xg
Volume maximum :	8 x 15ml	Bruit :	≤45dBA
Minuteur	0～99min	Poids :	8 KG
Dimensions (LxLxH) :	275 x 300 x 250mm	Alimentation :	AC 220V 50HZ
Précision de la vitesse :	±20 tr/min	Emballage :	Box en carton

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Rotors correspondant au TD4C :

No d'ordre	No du rotor	Vitesse max (tr/min)	Volume max (ml)	RCF max (g)
NO35701	Rotor angulaire	4 000	8 x 15ml	2000
NO35702	Rotor angulaire	4 000	6 x 15ml	1800
NO35703	Rotor angulaire	4 000	12 x 5ml	1600
NO31602	Rotor angulaire	4 000	12 x 7ml	1720
NO32666	Rotor angulaire	4 000	Tube d'évacuation 8 x 10ml	1800
NO32667	Rotor angulaire	4 000	Tube d'évacuation 8 x 7ml	1600
NO32667	Rotor angulaire	4 000	Tube d'évacuation 8 x 5ml	1800

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N